

包 5-CD4 检测试剂 (BD 大流式)

CD4+T 淋巴细胞检测试剂 (BD FACSCalibur) 流式细胞仪试剂招标技术参数
流式细胞仪试剂及仪器校正试剂 (与 BD FACSCalibur 仪器匹配)

1) 技术要求

(1) 试剂组成

预配三色试剂 CD4 CD8 CD3

与试剂配套的绝对计数用的荧光微球

免洗试剂

可与流式细胞仪的全自动软件匹配实现单平台绝对计数的自动获取和自动分析

(2) 检测线性范围

CD3: $\geq 1 \text{ cell}/\mu\text{L}$

CD4: $\geq 1 \text{ cell}/\mu\text{L}$

CD8: $\geq 1 \text{ cell}/\mu\text{L}$

(3) 检测重复性: $CV \leq 8.0\%$

2) 仪器校正试剂参数

A. 荧光组合为 FITC/PE/APC 的标准荧光微球

B. 与流式细胞仪的系统质控软件匹配, 进行系统自检并自动生成质控报告和 LJ 质控文件

C. 用后自动产生淋巴细胞亚群多色分析的标准仪器设置

D. 按照每 800 人份检测试剂配备 1 套仪器校正试剂

3) 交货日期: 供货通知送达之日起 20 个工作日内到货。

4) 质保期: 24 个月 (交货时, 实际使用效期 ≥ 18 个月)