

包 7- CD4 检测试剂（贝克曼）

CD4+ T 淋巴细胞检测试剂（贝克曼）招标参数

流式细胞仪试剂 3 及仪器校正试剂（与贝克曼流式细胞检测仪器匹配）

1) 技术要求

(1) 试剂组成

- A. 预配三色试剂 CD4 /CD8 /CD3
- B. 免洗试剂
- C. 配套贝克曼流式细胞检测仪器专用管

(2) 检测线性范围

CD3: $\geq 1 \text{ cell}/\mu\text{L}$

CD4: $\geq 1 \text{ cell}/\mu\text{L}$

CD8: $\geq 1 \text{ cell}/\mu\text{L}$

(3) 检测重复性

CV) $\leq 8.0\%$

2) 仪器校正试剂参数

与贝克曼流式细胞检测仪器匹配标准荧光微球

3) 交货日期：供货通知送达之日起 20 个工作日内到货

4) 质保期：12 个月（交货时，实际使用效期 ≥ 10 个月）